

# 山东省电子信息产品检验院 计算机用测量仪器采购项目询价公告

项目名称：山东省电子信息产品检验院计算机用测量仪器  
采购项目

采购人：山东省电子信息产品检验院

山东省电子信息产品检验院拟对计算机用测量仪器项目进行询价采购，现将有关采购事项通知如下：

## 一、采购项目内容

序号	设备名称	参数	数量
1	绝缘电阻表	额定电压 500V；允差：±10%；测量范围：0~500V；准确度等级：10；摇柄额定转速：120r/min	1
2	低欧姆表	低电阻测试范围：0.5mΩ~6KΩ；测量电流可达 5A，从而提供高精度测量；最小分辨率可达：10uΩ；基本精度：0.25%，采用四线测量技术，上下限比较测量，内置可充电锂电池，数据可以保存，读取	3
3	交流电路分析仪	插座导线的相序和剩余电流保护器的动作时间与动作电流测量。动作时间量程：1ms~6.5s，分辨率：1ms，精度 1.0%±2ms；动作电流 30mA~37mA，精度 1.0%±0.2mA，分辨率：0.1 Ma，相电压：85.0-265.0V，精度：±（1.0%+ 0.2V）分辨率：0.1V 峰值电压：121.0-374.0V，精度：±（1.0%+ 0.2V），分辨率：0.1V	3
4	垂直度测定仪	量程：0mm~500mm；精度：±0.2 μ m	1
5	漏电电流检测仪	量程：0~60A；精度：±2%	1
6	便携式可燃气体检测仪	被测气体：天然气、液化气、煤气、烷类等可燃性气体及汽油、醇、酮、苯等有机溶剂蒸汽；检测范围：0~100%LEL，误差：≤5%；响应时间：10 秒	1
7	数字压力表	量程：-0.1MPa~60MPa；精度不低于 0.4 级；测量间隔：不低于 2 秒/次；适用介质：与陶瓷、不锈钢兼容的液体、气体；具有清零功能	1

8	自耦调压器	电压：0~250V 可调；额定功率： 3kVA	1
9	接地电阻表	量程：1/10 Ω /100 Ω ， 最小分度 0.1/1， 准确度 3%	1
10	柜式空调机	功率：5P, 类型:冷暖, 制冷量: 12600W 制冷功率:4800W； 制热量： 14500W, 制热功率： 4650W	1
11	壁挂式空调机	功率： 1.5P； 类型:冷暖； 制冷量： 3500W, 制热量： 4600W	3
12	壁挂式空调机	功率： 1.5P； 类型:变频冷暖； 制冷量： 3500W, 制热量： 4400W	1
13	壁挂式空调机	功率： 1P； 类型:冷暖； 制冷量： 2600W, 制热量： 3600W	1
14	标签打印机	打印宽度 108mm, 打印速度 120mm/s, 热敏/热转印模式	1
15	笔记本电脑	i5-5200u/8G/1T/独显 2G	1
16	红外热像仪	温度测量范围：-20 °C 至 350 °C； 热敏度： ≤0.09°C (90mK) 目标温度 30°C； 图像质量： 160x120； 分辨率； D： S (距离与光点尺寸比) 为 257:1； 视场角： 35.7 ° x 26.8 °； 无线连接： 有； 加固显示屏： 3.5 英寸 (横向)； 最小跨度 (手动模式下)： 2.5 °C； 最小跨度 (自动模式下)： 5°C, 单手图像捕捉、 查看和保存功能。	1
17	测力计	量程： 0~500N, 精度±0.5%， 传感器内置。	1
18	袖珍式漏电电流表	用于中性线或保护中性线异常电流的测定； 泄漏电流测量范围： 0.001mA~60.00A 精度： ± (1.5%+5)； 泄漏电流测量范围： 60.00A~199.9A 精度： ± (2%+5)； 泄漏电流测量范围： 200.0A~300.0A 精度： ± (3%+5)； 泄漏电流测量范围： 300.0A~600.0A 精度： ± (4%+5)； 电压： 0V~600V;频率： (50Hz/60Hz)； 分辨率： 1mA ； 显示模式： 4 位 LCD 显示； 数据存储:99 组;自动关机:5 分钟,RS-232 数据传输。	3
19	钳形电流表	相线电流的测试； 交流电流量程： 600.0A； 精度： 1.8%±5 位 (45~65Hz), 2.5%±5 位 (65~400Hz)； 交流电压量程： 600V,准确度： 1.5%±5 字 (45~400Hz)； 直流电压量程： 600.0V； 准确度： 1.0%±5 字, 电阻量程： 400 Ω ~4000 Ω , 准确度： 1 %±5 字； 通断测量： ≤70 Ω , 数据保持。	3
20	真有效值测量表	非正弦畸变电流有效值测量, 非正弦畸变电压有效值测量； 直流电流 600A； 直流电压 600V； 交流电流 600A； 交流电压 600V； 电阻： 40 M Ω ； 精确度： (±1%+2), 最大显示 3999, 占空比： 0.1%+99.9%, 输入阻抗 ≥10M Ω	3

21	剩余电流测量仪	剩余电流保护器的动作时间和动作电流测量；量程：10mA~500mA；动作电流精度±10%，动作时间精度：±（0.6%+4）	3
22	接地电阻测试仪	电阻：量程 0.01 Ω~1200 Ω；最高精度±（±1%±0.01 Ω），分辨率 0.001 Ω，电流：量程 1mA~30A；精确度：±（2.5%±1mA）分辨率 0.05mA，电阻测量频率：>1kHz,电阻限值报警 1 Ω-199 Ω，电流量值报警：1mA-499mA	3
23	交流稳压电源	输入电压：单相150V~250V；输出电压：单相220V；输出功率：3KVA；频率范围 50~60Hz	1
24	单层平板推车	90cm×60cm，不锈钢折叠把手，车轮尺寸 160	2
25	防潮工具箱	外尺寸：L663*W496*H338mm； 内尺寸：L575*W406*H229（上盖44+下盖255）mm, 高强度，高抗冲击，绝对密封防水，防潮，防尘，内附特硬方格海绵（或者保护间隔），按压锁扣，仿真海绵，自动平衡气阀，加强型拉手，带轴承脚轮，高分子聚合材料一体注塑成型	3
26	高斯计	20/200/2000 毫高斯,分辨率：0.01/0.1/1 毫高斯 2/20/200 微特斯拉，分辨率：0.001/0.01/0.1 微特斯拉 30 Hz 到 2000Hz 频宽，20mG/μT ±（3%+30位），±（3%+3位）在 50Hz 或 60Hz，±（5%+3位）在 40Hz 到 200Hz	1
27	加湿器	电压：220 V /50Hz；功率：120W；熔断电流：0.55A； 输入电流：0.55A；控制方式：湿度控制；水箱容量：25kg；湿度控制：自动；风量：1500m3/h	4

## 二、交货地点

山东省济南市山大路 185 号

## 三、货物质量要求

货物符合国家相关行业质量标准要求，当货物到达采购人指定的安装现场后，采购人和供货商依据货物清单共同对货物进行检验，并对货物的数量、质量进行逐项检查。验收发现短缺、破损、与询价要求参数要求不符等情况，采购人有权要求供货商立即补发和负责更换。

#### **四、供应商资格**

在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照，具有相关经营范围。

#### **五、提交报价文件**

各供应商应于 2016 年 11 月 22 日 10 时前送至山东省电子信息产品检验院，逾期不予受理。

#### **六、成交商确定办法**

按照合理低价原则确定项目成交供应商并签订采购合同。

#### **七、付款方式**

分两次支付合同款项：合同签定后 5 日内支付合同款项的 70%；设备到货安装调试并经计量合格后支付合同款项余额 30%。

#### **八、联系方式**

联系人：齐滨

电 话：0531-86415272